


检验报告

报告编号	SA23G002	报告日期	2023.07.03
样品名称	Fluc circRNA	样品批号	P23F002
包装规格	1.0 mL/管	生产日期	2023.06.08
送检单位	CATUG	送检日期	2023.06.09

检验项目	检验方法	检验结果
外观	目视法	澄清透明液体
浓度	Nanodrop	1.0 mg/mL
A260/A280	Nanodrop	2.1
纯度	CE	89.1 %
蛋白残留	Nano Orange	0.84 μ g/mg
DNA 残留	qPCR	< 0.05 ng/mg
体外生物学活性	SDS-Page	表达蛋白大小符合预期

图谱信息见附页

报告人/日期:  2023.07.03

审核人/日期:  2023.07.03

批准人/日期:  2023.07.03


楷拓生物科技（苏州）有限公司

网址: www.catugbio.com

邮箱: info@catugbio.com

地址: 江苏省苏州市工业园区新泽路1号生物医药产业园三期A区4号楼

附页-纯度检测图谱-CE



附页-体外生物学活性-SDS-page

